

Evaluation de la réponse du demandeur aux questions posées dans le rapport J60 par la Commission de Remboursement des Médicaments

Question de la CRM au demandeur : Veuillez élaborer les différences en utilisation pratique entre le stylo prérempli Optiset et le stylo prérempli Optistar.

Le demandeur reprend le dessin du rapport J60 illustrant le stylo prérempli Optistar. Il y ajoute deux aspects d'amélioration du confort d'utilisation :

1° La sélection de la dose : Les adaptations peuvent se faire par 1 unité à la fois, alors qu'avec Optiset ils ne peuvent se faire que par 2 unités à la fois. Les doses indiquées sont plus faciles à lire. Si on tourne trop le sélecteur de dose, on peut simplement revenir en arrière pour arriver à la bonne dose ; cette manœuvre n'était pas possible avec le stylo Optiset, sans perdre une petite quantité d'insuline.

2° L'injection de la dose : (*comme déjà mentionné dans le rapport J60*) Solostar réduit l'effort nécessaire à l'injection d'insuline de 30 % par rapport aux autres stylos (voir aussi publication Clarke A et al ajoutée). Solostar offre une plus grande précision de dosage ayant pour but de limiter le risque d'hypo- ou d'hyperglycémie.

EVALUATION : OK. Le stylo prérempli Optistar pour Lantus ne nous a pas encore été présenté.